

From: Philippe Leblanc [<mailto:philippe.leblanc@rrsss16.gouv.qc.ca>]
Sent: November-03-17 10:46 AM
To: Info (CNSC/CCSN)
Cc: Josée Fournier
Subject: Commentaires sur DRAFT REGDOC 2.7.3

Bonjour,

Voici les commentaires du comité de radioprotection de l'Hopital Charles-Lemoyne concernant l'ébauche pour le REGDOC-2.7.3

J'ai essayé le lien vers electronic comment form.. mais non fonctionnel.

Commentaires

1) Utilisation du Radium 223 ? Recommandations a elaborer dans ce document ?

2) Méthode de protection et les délais (temps minimal) me semble adéquats mais sur quelle base scientifique ceux ci ont-ils été établis (références? , demi vie, toxicité, ? risque d'exposition, type d'isotope). A valider l'impact sur nous. Phénomène très rare ? Aucune fois a ma connaissance.

3) Portons aussi a l'attention de la CCSN, les documents soumis par la compagnie Bayer dans le cas du Radium pour les cendres, les maisons funéraires etc. Données basées sur des hypothèses et des mesures expérimentales. Ces documents ont fait partie du processus d'autorisation réglementaire dans certains pays.

Nos spécialistes de santé sécurité ont demandé ?

4) Section 3.2 distance / deuxième point : si des outils sont utilisés, y a-t-il un délai à respecter avant de les réutilisés ou processus de nettoyage particulier?

5) Section 3.3 équipement de protection : spécifier le type de gants (c.-à-d., la composition), spécifier le modèle de masque protecteur (masque de procédure ?, masque jetable N-95 ? P-100?, modèle à cartouche, etc). Notion des masque s'applique aussi dans la section 6

6) Comment dispose-t-on des équipements de protection ?

*****Fin Commentaires*****

Merci de confirmer la réception de nos commentaires.

J'ai essayé selon ce qui est écrit ici ci-dessous mais non fonctionnel. Désolé.

Merci,

Philippe

Philippe Leblanc *Ph.D.*
Physicien
Service de Génie Biomédical
Hopital Charles-Lemoyne
450-466-5000 x 3553